



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP :	OT.02.02/C.IX.4/722/2025
Tgl Pembuatan :	5 Maret 2025
Tgl Revisi :	22 Oktober 2025 (revisi-3)
Tgl Efektif :	23 Oktober 2025
Disahkan Oleh :	
Nama SOP :	Pemeriksaan Laboratorium

Dasar Hukum :

- 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 5 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik
- 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
- 3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Analis Kesehatan, Administrasi Kesehatan

Keterkaitan

- 1 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan
- 2 SOP Skrining Penyakit Menular Langsung
- 3 SOP Skrining Penyakit Tidak Menular
- 4 SOP Pemeriksaan Akhir CJH di Embarkasi

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK dan bahan habis pakai
2. Peralatan Laboratorium
3. Alat Pengolah Data
4. Test pack
5. Test Diagnostik Cepat
6. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

- 1 Apabila proses pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan maka faktor risiko penyakit menular dan penyakit lainnya tidak dapat segera terdeteksi
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pelaporan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

SOP Pemeriksaan Laboratorium

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Analis Kesehatan	Dokter	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menerima berkas pendaftaran			ATK dan alat pengolah data	0,5	Pasien terdaftar	
2	Melakukan pengisian data pasien			Alat Pengolah Data, ATK, Koneksi internet	1	Data pasien terinput secara online	
3	Melakukan pengambilan sampel			Alkohol swab, blood lancet, alat tes diagnostik cepat, APD	1	Sampel lengkap	
4	Melakukan pemeriksaan sampel			Alkohol swab, blood lancet, alat tes diagnostik cepat, APD	2	Sampel terperiksa	
5	Menulis hasil pemeriksaan sampel	Normal 	Tidak normal	Form/ Hasil Print Out pemeriksaan sampel, ATK	1	Hasil nilai rujukan	
6	Melakukan interpretasi hasil pemeriksaan			Kertas hasil pemeriksaan	1	Surat rekomendasi	
7	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)			ATK, alat pengolah data, hasil rujukan dan rekomendasi	1	Laporan dan data terarsip	
JUMLAH WAKTU						7	